



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0312172 del 30/09/2020




Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano
Dirigente del Settore
Atti del Presidente e Rapporti con il
Consiglio Regionale

segreteria.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta nn.35-37-53/XI Consigliere Bevacqua. Risposte.

In relazione all'oggetto si trasmette la nota prot.n. 311156 del 29 settembre 2020 completa di allegati (all.3) a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, con la quale vengono trasmesse le risposte all'interrogazioni del Consigliere Domenico Bevacqua.

On. Avv. Jole Santelli



AII/02

FSB



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio - Sanitari

Il Dirigente Generale
Prot. n. 322156

DEL 29-9-2020

*All'Ufficio di Gabinetto
Regione Calabria*

*capogabinetto@regione.calabria.it
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it*

Oggetto: Trasmissione risposte ad interrogazioni a risposta scritta n. 53/XI, 35/XI, 37/XI

Si trasmettono con la presente i riscontri alle interrogazioni a risposta scritta di seguito indicate, predisposti dal competente Settore n. 6 "Programmazione dell'offerta ospedaliera e sistema delle emergenze-urgenze":

- n. 53/XI "Unità di Ricerca Biotecnologica di Aprigliano";
- n. 35/XI "Mancata disponibilità di essenziali dispositivi medicali presso Ospedale Spoke di Castrovillari";
- n. 37/XI "Tutela pazienti immunodepressi reparto pediatria ospedale di Cosenza".

F. [redacted] Bevère



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie
Settore n. 6 "Programmazione dell'offerta ospedaliera
e Sistema delle Emergenze-Urgenze"

Catanzaro, 29/09/2020
Prot. 310980

All'Ufficio di Gabinetto
Regione Calabria
capogabinetto@regione.calabria.it
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: riscontro Interrogazione a risposta scritta n. 35/XI "Mancata disponibilità di essenziali dispositivi medici presso Ospedale Spoke di Castrovillari" – Cons.Reg. D. Bevacqua

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione in oggetto, dalle notizie apprese direttamente dalla Direzione Sanitaria del Presidio, si rappresenta quanto segue:

- il mammografo in dotazione alla U.O. Diagnostica per immagini del P.O. di Castrovillari, è stato riparato due mesi fa per un guasto alla sonda, ma è ora in piena attività nel recupero della lista d'attesa.
- Per quel che riguarda la TAC, si è registrato un periodo di fermo relativamente agli esami con mezzo di contrasto a causa di un guasto all'iniettore del medesimo. Dopo alcuni tentativi di riparazione non riusciti, il competente servizio dell'ASP ha provveduto all'installazione di un iniettore provvisorio, in attesa dell'acquisto dell'iniettore definitivo per il quale è stata espletata gara che richiede al momento solo l'autorizzazione definitiva all'acquisto. L'apparecchio, comunque, sta attualmente operando regolarmente in questa modalità provvisoria mentre si attende l'acquisizione e l'installazione del ricambio suddetto. Tale ricambio assicurerà una migliore garanzia di continuità del servizio.

Il Dirigente di Settore
ott. Giacomino Brancati